1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: KIT DESBRIDAMENTO 1

NCM: 3006.10.90

Códigos Produto:

CÓDIGO REFERENCIA	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO SIMPRO
10.4208	10237619027	352511

2. IMAGEM

3. DESCRIÇÃO

Kit para desbridamento de feridas

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 1 pinça dente de rato, fabricada em liga metálica, com 140 mm de comprimento, com dentes de 3mm sobrepostos em sua porção distal;
- 1 tesoura Íris, fabricada em liga metálica, com 115 mm de comprimento;

- 1 lâmina de bisturi no. 21 com cabo e tampa protetora
- 1 campo para cobertura de mesa, SSMMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m2 com 40 cm x 40 cm de comprimento.
- 1 esponja impregnada com gel dermatológico, confeccionadas em poliéster, altamente absorvente, macia e isenta de impurezas, nas dimensões e 19,5 x 12 cm de comprimento e 0,5 cm de espessura. Composição química: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Disodium Cocoamphodiacetate, Citric Acid, Parfum, Lactic Acid, Propylene Glycol, Malic Acid, Rosmarinus Officinalis Extract, Camelia Sinensis Leaf EXtract, Citrus Aurantium Amara Flower Extract, CI 42090, CI 47005, CI 61570, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Sodium Hydroxide, Benzophenone-4. pH: 5, na cor verde, com listras brancas.

Todos os componentes são embrulhados no campo cobertura de mesa, no formato "envelope", de modo que permite a abertura na técnica asséptica.

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
10.4208	Estéril em ETO	Bandeja rígida de papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	75	75

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde especialista para desbridamento de feridas crônicas e complexas, de acordo com a sugestão de uso abaixo:

Abrir envelope (campo cobertura de mesa) que contém os componentes na técnica asséptica, posicionando na mesa de apoio, na sequência dispor os demais componentes.

Umedecer levemente a esponja com água (pode ser da torneira), realizar limpeza da pele adjacente à ferida a de acordo com necessidade e análise prévia. A limpeza deve ser feita da área menos contaminada para a área mais contaminada, evitando-se movimentos de vai e vém. A esponja além de atuar na higienização, vai ajudar na fricção do leito da ferida com tecido morto, amolecendo-o.

Descolar a borda da escara utilizando uma lâmina de bisturi, pinçá-la e tracioná-la, cortá-la paralelamente ao leito. Os esfacelos podem ser removidos, cuidadosamente, utilizando pinça e tesoura.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspecione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira